

外来器械测试题及答案

【填空题】1、植入物：是放置于外科操作造成的或者生理存在的体腔中留存时间（ ）的植入性医疗器械。

答案：30 天或者以上

【填空题】2、外来器械：由（ ）提供给医院可重复使用，用于放置植入物的手术器械。

答案：器械供应商

【填空题】3、对使用前需要医疗机构处置（清洗消毒与灭菌）的植入物和外来医疗器械，一般统称为（ ）。

答案：外来医疗器械

【填空题】4、外来医疗器械具有针对性、（ ）、价格昂贵、（ ）、更新换代很快等特性。

答案：专业性强 | 品种繁杂

【填空题】5、这类器械在不同医院之间频繁流动，临床使用频率高，器械术后处理不规范，致使器械的（ ）、（ ）及（ ）质量难以保证，医院感染隐患较大。

答案：清洗 | 消毒 | 灭菌质量

【填空题】6、国际共识：不管此套器械之前是否经过其他机构或供应商处置，本机构使用前必须（ ）（清洗、消毒、灭菌与监测）。

答案：重新进行处置

【填空题】7、应建立诊疗器械，器具和物品交接与质量检查及验收制度，

并设（）负责。

答案：专人

【填空题】8、应定期对其（）、（）、（）工作建进行质量评价；

答案：清洗|消毒|灭菌

【填空题】9、应建立植入物与外来医疗器械（）负责制，（）相对固定。

答案：专岗|人员

【填空题】10、灭菌外来医疗器械、植入物、硬质容器、（），应遵循厂家提供的（）参数

答案：超大超重包|灭菌

【填空题】11、首次灭菌时对灭菌参数和（）进行测试，并进行湿包检查。

答案：有效性

【填空题】12、植入物与外来医疗器械进入医院之前，必须经医院医疗器械临床使用（）审批。

答案：安全管理委员会

【填空题】13、医院（）或（）应索取相关制质资料，应证件齐全。

答案：器械科|采购中心

【填空题】14、不得使用（）、过期失效或淘汰的医疗器械。

答案：未经注册

【填空题】15、管理组织建全：在主管院长领导下、由医务部、护理部、医院感染科、器械科、临床科室、手术室、CSSD 等组建医院医疗器械临床使用（）、制定本院的植入物与外来医疗器械的管理制度。

答案：安全管理委员会

【填空题】16、应禁止临床（）擅自使用未经相关部门进行证件审核的植入物与外来医疗器械。

答案：手术科室

【填空题】17、手术医师应接受相关植入物与外来医疗器械的（），熟练掌握（）及植入物与外来医疗器械的操作方法。

答案：操作培训|操作技能

【填空题】18、手术室应禁止接收（）CSSD 清洗、消毒、灭菌的植入物与外来医疗器械。

答案：非本院

【填空题】19、（）原则上不允许进入手术室，如技术人员必须现场指导器械使用时，应事先有（）及征得（）同意，方可进入手术室。

答案：19、供应商|各备案|手术室

【填空题】20、植入物与外来医疗器械使用前，应进行核对、检查其包装的（）、（），标识齐全清楚，包外指示物合格方可使用。

答案：完好性|有效性

【单选题】21、进入组织或器官内部的器械，或与破损的组织、皮肤、黏膜密切接触的器材和用品的危险性分类是

- A、高度危险性物品
- B、中度危险性物品
- C、低度危险性物品

D、无危险性物品

答案：A

【单选题】22、用含氯消毒剂对细菌繁殖体污染物品的消毒的浓度和时间分别是：

A、10L，20min

B、50mg/L，40min

C、500mg/L，30min

D、200mg/L，15min

答案：C

【单选题】23、有关消毒的描述，错误的是：

A、是切断传播途径，防止传染发生的重要措施

B、可保护医护人员免受感染

C、可防止患者再被其他病原体感染

D、即使有了强有力的消毒措施，医护人员也必须采取防护措施

E、对不同的传染病消毒效果相似

答案：E

【单选题】24、有关隔离的描述，错误的是：

A、是控制传染病流行的重要措施

B、便于管理传染源

C、可防止病原体向外扩散给他人

D、根据传染病的平均传染期来确定隔离期限

E、某些传染病患者解除隔离后尚应进行追踪观察

答案：D

【单选题】25、有关标准预防下列哪项是错误的：

A、要防止血源性疾病的传播也要防止非血源性疾病的传播

B、强调双向防护

C、所有的患者均被视为具有潜在感染者

D、要根据疾病的主要传播途径，采取相应的隔离措施

E、脱去手套后可以不洗手

答案：E

【多选题】26、下列概念正确的是：

A、杀灭或清除媒介物上病原微生物，使其达到无害化水平的处理为消毒。

B、杀灭或清除媒介物上所有微生物的处理为灭菌。

C、抑制媒介物上的病原微生物的处理为消毒。

D、杀灭或清除媒介物上的病原微生物，使其达到无害化水平的处理为灭菌。

E、杀灭或清除媒介物上的绝大部分病原微生物的处理为灭菌。

答案：AB

【多选题】27、个人防护用品包括：

A、口罩

B、手套

C、护目镜

D、隔离衣

E、防护服

答案：ABCDE

【多选题】28、灭菌后的物品在何种情况下视为已被污染？

A、手感潮湿

B、与潮湿物接触或浸水

C、在有效期内

D、包装松散

E、无菌包不慎掉地

答案：ABDE

【多选题】29、手术器械包灭菌后储存要求：

A、放在干燥的无菌区

B、存放时间 7 天

C、放在无菌区的距地面最低不得小于 20 厘米

D、放在无菌区的距天花板最高不得小于 50 厘米

E、放在无菌区的距墙面最近不得小于 5 厘米

答案：ABCDE

【填空题】30、手卫生指（）、（）、（）的总称。

答案：洗手|卫生手消毒|外科手消毒

【填空题】31、抽出的注射药液须注明时间，超过（）不得使用。

答案：2 小时

【填空题】32、无菌包外须标明（）、（）、（）、（）、（）、（），

物品按失效期先后顺序摆放。

答案：物品名称|检查打包者姓名或编号|灭菌器编号|批次号|灭菌日期|失效日期

【填空题】33、中度危险性物品有（）、（）、（）、（）、（）等。

答案：胃肠道内镜|气管镜|喉镜|呼吸机管道|麻醉剂管道

【填空题】34、手持无菌容器时，应托住容器（），手指不可触及容器（）。

答案：底部|边缘及内面

【填空题】35、一次性口罩使用一般不超过（）。

答案：4 小时

【填空题】36、穿隔离衣时，一般情况下更换时间是（）。

答案：24 小时

【填空题】37、物品的浸泡消毒、污染物具的表面擦拭消毒、饮用水和污水污物的消毒宜选用（）消毒剂。

答案：含氯

【判断题】38、胃镜、结肠镜属于中度危险物品,需要用高效消毒剂 2%戊二醛浸泡 10 分钟及以上的时间;支气管镜浸泡不少于 20 分钟;遇有结核病污染的镜子,需要 45 分钟及以上的时间。

答案：正确

【判断题】39、输液输血器材、注射器、针头、导尿管、活检钳等属于高度危险性物品，必须严格灭菌。

答案：正确

【判断题】40、口腔科的手机属于高度危险物品，用完后应当热水清洗、注油，然后用快速蒸汽压力灭菌器(132℃、4min)灭菌。

答案：正确